



ประกาศจังหวัดสงขลา

เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์ไปป์ไลน์ของออกซิเจนและสุญญากาศทางการแพทย์ จำนวน ๑ งาน โรงพยาบาลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสงขลา

.....

ตามประกาศจังหวัดสงขลา ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์ไปป์ไลน์ของออกซิเจนและสุญญากาศทางการแพทย์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงพยาบาลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสงขลา กำหนดให้ผู้สนใจเข้าไปยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ จำนวน ๖ ราย ซึ่งไม่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสงขลา และเอกสารประกวดราคาจ้างวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ สน. ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๐๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จึงขอยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก โทร ๐ ๔๒๗๘ ๔๐๒๑ ต่อ ๑๐๑,๑๐๒.....

ที่ สน.๐๐๓๓.๓๐๑/๔๗๗ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ของออกซิเจนและสุญญากาศทางการแพทย์  
จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

### ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๑๗๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการ จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ของออกซิเจนและสุญญากาศทางการแพทย์ จำนวน ๑ งาน ราคากลาง เป็นเงิน ๒,๔๘๖,๐๐๐.๐๐บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลกุดบาก

๑.๒ ตามประกาศจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สน. ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๐๖/๒๕๖๗ กำหนดให้ผู้สนใจขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันที่เสนอราคา และกำหนดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

### ๒. ข้อเท็จจริง

#### ๒.๑ จำนวนรายผู้มารับเอกสาร รวมทั้งสิ้น ๖ ราย

๑. บริษัท ยู พี เมติคอล ซอลเตอร์ จำกัด
๒. บริษัท พีเอสอาร์-เมติคอล ก๊าซ ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
๓. บริษัท เค พี เฮลท์เมต แอนด์ คิวิเปเมนต์ จำกัด
๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาจักร การแพทย์ (ประเทศไทย)
๕. บริษัท ซี เอ็น เค เทรดิ้ง จำกัด
๖. บริษัท เอสพี เมดิคัล ซิสเต็ม เซอร์วิส จำกัด

#### ๒.๒ จำนวนรายผู้ยื่นเอกสาร รวมทั้งสิ้น ๖ ราย

๑. บริษัท ยู พี เมติคอล ซอลเตอร์ จำกัด
๒. บริษัท พีเอสอาร์-เมติคอล ก๊าซ ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
๓. บริษัท เค พี เฮลท์เมต แอนด์ คิวิเปเมนต์ จำกัด
๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาจักร การแพทย์ (ประเทศไทย)
๕. บริษัท ซี เอ็น เค เทรดิ้ง จำกัด
๖. บริษัท เอสพี เมดิคัล ซิสเต็ม เซอร์วิส จำกัด

#### ๒.๓ ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้พร้อมกันดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา จำนวน ๖ ราย ในวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอราคาไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จึงให้ผู้ยื่นของทั้ง ๖ ราย เป็นผู้เสนอราคาในครั้งนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ประกาศให้ผู้ยื่นเสนอราคาทราบโดยทั่วกันแล้ว

(รายละเอียดปรากฏตามประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันที่แนบมาท้ายรายงานนี้)

#### ๒.๔ ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารของผู้เสนอราคา ทั้ง ๖ ราย ปรากฏว่า ไม่ปฏิบัติตามถูกต้องตามประกาศจังหวัดสกลนคร และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สน. ๐๐๓๓/๐๐๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทั้ง ๖ ราย ดังนี้

๑. บริษัท ยู พี เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด ไม่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสกลนครและเอกสาร

- ข้อ ๑๐ คุณลักษณะเฉพาะรายละเอียดของ รพ.กำหนดตัวกล่องทำด้วยอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปจากโรงงาน โดยต้องผ่านกรรมวิธี Anodized หรือพ่นสีอีพ็อกซีอบแห้ง ไม่พบข้อมูลจากบริษัทฯ  
- คุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของ รพ. สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐psig ไม่พบข้อมูลจากบริษัทฯ

- ข้อ ๑๓.๒.๕ บอกรายละเอียดไม่ชัดเจนไม่พบข้อมูล จึงไม่พิจารณา

๒. บริษัท พีเอสอาร์ เมดิคอล ก๊าซ ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ไม่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสกลนคร ไม่ยื่นเอกสารคุณลักษณะเฉพาะตามประกาศ จึงไม่พิจารณา

๓. บริษัท เค พี เฮลท์เมต แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด ไม่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสกลนคร ไม่ยื่นเอกสารคุณลักษณะเฉพาะตามประกาศ จึงไม่พิจารณา

๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาจักร การแพทย์(ประเทศไทย) ไม่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสกลนคร ข้อ ๑๓.๒.๕ เครื่องมือผ่าตัดติดตามสถานะข้อมูล บอกรายละเอียดไม่ชัดเจนไม่พบข้อมูลด้วย จึงไม่พิจารณา

๕. บริษัท ซี เอ็น เค เทคดิง จำกัด ไม่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสกลนคร ข้อ ๑๓.๒.๕ เครื่องมือผ่าตัดติดตามสถานะข้อมูล บอกรายละเอียดไม่ชัดเจนไม่พบข้อมูลด้วย จึงไม่พิจารณา

๖. บริษัท เอส พี เมดิคัล ซิสเต็ม เซอร์วิส จำกัด ไม่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสกลนคร  
- ข้อ ๘ และ ๙ ตามคุณลักษณะเฉพาะของรพ.ที่ต้องผลิตได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๓๔๘๕ แต่ไม่พบข้อมูล

- ข้อ ๑๓.๒.๕ เครื่องมือผ่าตัดติดตามสถานะข้อมูล บอกรายละเอียดไม่ชัดเจนไม่พบข้อมูลด้วย จึงไม่พิจารณา

#### ๓. ระเบียบ/กฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

#### ๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมกันพิจารณา ปรากฏว่าผู้เสนอราคาทั้ง ๖ ราย ไม่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสกลนคร และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สน ๐๐๓๓/๐๐๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

จึงมีมติ ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ของออกซิเจนและสูญญากาศ  
ทางการแพทย์ จำนวน ๑ งาน โรงพยาบาลกุดบาก ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร และ  
ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ ต่อไป


**๕. ข้อเสนอ**


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดดำเนินการ


๑. อนุมัติยกเลิกการประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ของออกซิเจนและ  
สูญญากาศทางการแพทย์ จำนวน ๑ งาน ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
๒. ลงนามในประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างติดตั้ง  
ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ของออกซิเจนและสูญญากาศทางการแพทย์ จำนวน ๑ งาน โรงพยาบาลกุดบาก  
ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**๖. ผู้มีอำนาจสั่งจ้าง**

การขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ วงเงิน ๒,๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่  
แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เป็นอำนาจผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการ  
จังหวัดสกลนคร ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๗๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง การมอบ  
อำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง และ  
นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแลแทนผู้ว่าราชการจังหวัด


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นางสาววาสนา ลีประเสริฐ)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางวรารัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายวันเฉลิม ไชยเพชร)  
เภสัชกรปฏิบัติการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

- โปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๑ และ ลงนามตามข้อ ๒

  
(นายพีระ ทิพวงศ์ษา)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

  
(นายธนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร